## PROPOSTA DE EQUIPAMENTO

**N° da Proposta**
07729810000125001

**Ano**
2025

**CNPJ**
07729810000122

**Beneficiário**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Esfera Administrativa**
03

**Tipo de Beneficiário**
FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

**Dirigente**
FERNANDA DE SOUZA IEMBO BARBOSA

**CPF do Dirigente**
32588696856

**População**
14.321

**Telefone**
6436341228

**Município**
CHAPADÃO DO CÉU

**CEP**
75.828-000

**Endereço**
EMA QD 51, CENTRO

**E-mail**
convenioschapadaodoceu2022@gmail.com

### RECURSO DA PROPOSTA

**Recurso**
EMENDA PARLAMENTAR

**Objeto**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

| Composição | Número | Valor |
|---|---|---|
| EMENDA | 40830001 | 393.334,00 |

### DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

**CNPJ**
24859332000194

**Nome**
HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUZIA

**CNES**
2438410

**Tipo de Unidade**
HOSPITAL

**Endereço**
AVENIDA ORION QD 43 - CENTRO, CEP:75828000

### RELAÇÃO DE ITENS CADASTRADOS

**Tipo de Serviço**
HOSPITAL GERAL

**Setor**
Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Patologia Clínica

**Ambiente**
Área de preparo e esterilização (setor limpo)

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| Autoclave Hospitalar Horizontal (acima de 350 litros) | 1 | 393.334,00 | 393.334,00 |

**Especificação Técnica**

Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 445 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacuômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolação térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico com tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o

gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Deve conter caixa de comando para proteção de sobrecarga. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave), 1 impressora.

| TOTAL UNIDADE ASSISTIDA | QTD. | VALOR |
|---|---|---|
| | 1 | 393.334,00 |

| TOTAL GERAL | QTD. | VALOR |
|---|---|---|
| | 1 | 393.334,00 |

**DADOS DO CADASTRADOR**

**CPF**
07888776825

**Nome**
Vinicíus Marcondes Camargo Terin

**E-mail**
convenioschapadaodoceu2022@gmail.

**Telefone**
6499815950