MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO CEU-FMS

Av Ema Qd 51 S/N Prefeitura - Centro, Chapadão Do Céu, Goiás

07.729.810/0001-22

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Eu, LUDIMAR APARECIDO PEREIRA DA COSTA no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e de acordo com o parecer jurídico apresentado, e nos termos da Lei 14.133/2021, Art. 28, I, e suas alterações posteriores, RESOLVE HOMOLOGAR, nos termos em que se encontra, o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2025 realizado na modalidade Pregão, objetivando AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO, TIPO DIGITAL (DR) NATIVO, COM ESTAÇÃO COMPLETA PARA LAUDO E SISTEMA DE IMPRESSÃO A SECO DE FILMES, INSTALAÇÃO COMPLETA, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SA DE QUE IRÃO OPERAR O EQUIPAMENTO, SUPORTE TÉCNICO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA E O FORNECIMENTO DOS INSUMOS ESSENCIAIS AO SEU FUNCIONAMENTO INICIAL, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). SOB FUNDAMENTAÇÃO DO ART. 28, INCISO I C/C ART. 12, INCISO VI DA LEI FEDERAL 14.133/2021, tudo em conformidade com os trabalhos levados a efeito com regularidade pela Comissão de licitação, designados pelo Decreto nº 001/ADM. Considerando como propostas mais vantajosas para a Administração o resultado classificatório a seguir, em favor das empresas:

HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 55.240.499/0001-04, estabelecida na R C240, N°: 248, BRO JARDIM AMERICA, QUADRA560 LOTE 13, CEP: 74.275-260, GOIÂNIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/Item		Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	2	AVENTAL PLUMBÍFERO TAMANHO: 110 X 60CM, CONFECCIONADO COM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50MM DE CHUMBO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TIRAS CRUZADAS COM EQUIVALÊNCIA DE 0,25MMPB DE CHUMBO, FIXADAS COM VELCRO, PERMITE FÁCIL COLOCAÇÃO OU RETIRADA SEM UTILIZAR AS MÃOS, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL, PRODUTO ATENDE À NORMA NBR IEC 61331- 3:2004. REGISTRADO NO MS SOB Nº 10358460005. REGISTRADO NO MTB SOB C.A. Nº 36.323.	UN	UNL	2,0000	896,8000	1.793,6000
01	3	AVENTAL PARA PROTEÇÃO DOS ÓRGÃOS GENITAIS, TAMANHO 30X45 OU 45X60CM , PARA PACIENTE (ADULTO OU INFANTIL), CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL.	UNI	UNL	1,0000	334,4000	334,4000
01	4	PROTETOR DE TIREÓIDE CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL	UN	UNL	2,0000	136,8000	273,6000
01	5	LUVA TIPO ESCUDO, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL, TAMANHO PADRONIZADO, COR AZUL MARINHO. REGISTRADO NO MS SOB O Nº10358460005.	UN	UNL	1,0000	592,8000	592,8000
Total: (Dois Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos)							**2.994,4000**

SUTCARE LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 61.771.120/0001-87, estabelecida na AV DOUTOR JORGE TIBIRICA, N°: 465, CENTRO, CEP: 13.800-151, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/Item		Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	6	PORTA AVENTAL DE PAREDE TIPO CABIDE (COMPORTA 02 UNIDS). SUPORTE CONSTRUÍDO EM AÇO TRATADO E PINTADO E CABIDES EM AÇO INOXIDÁVEL. COMPRIMENTO DO CABIDE: 630MM	UN	IMPERIAL	1,0000	289,0000	289,0000
Total: (Duzentos e Oitenta e Nove Reais)							**289,0000**

UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 34.061.908/0001-27, estabelecida na AV ITALIA, N°: 60, TIBERY, CEP: 38.405-056, UBERLÂNDIA - MG, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/Item		Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	1	ÓCULOS COM ARMAÇÃO EM ACRÍLICO E LENTES DE VIDRO PLUMBÍFERO, COM PROTEÇÃO FRONTAL DE 0.75MMPB E PROTEÇÃO LATERAL DE 0.50MMPB	UN	Platec	1,0000	890,0000	890,0000
Total: (Oitocentos e Noventa Reais)							**890,0000**

VMI TECNOLOGIAS LTDA., pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 02.659.246/0001-03, estabelecida na R PREFEITO ELIZEU ALVES DA SILVA, N°: 400, DISTRITO INDUSTRIAL GENESCO APARECIDO DE, CEP: 33.240-097, LAGOA SANTA - MG, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/Item		Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
01	7	MAMÓGRAFO, TIPO DIGITAL (DR) NATIVO, COM ESTAÇÃO COMPLETA PARA LAUDO E SISTEMA DE IMPRESSÃO A SECO DE FILMES A. APARELHO DE MAMOGRAFIA COM PAINEL DETECTOR DE IMAGEM DIGITAL NATIVO, CONFORME AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: B. EQUIPAMENTO PRINCIPAL: EMISSOR DE RAIOS X PARA FINS DIAGNÓSTICOS DE MAMOGRAFIA COM TECNOLOGIA DIGITAL (DETECTOR DE PAINEL PLANO). C. CONSOLE DE OPERAÇÃO: INTEGRADO AO BIOMBO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, CONTENDO ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO, MONITOR, MOUSE, TECLADO E PAINEL DE CONTROLE. D. GERADOR: DE ALTA FREQUÊNCIA MICROCONTROLADO, DISPARADOR MANUAL INCORPORADO AO CONSOLE,	UN	PROPRIA	1,0000	626.000,0000	626.000,0000

Assinado por 1 pessoa: LUDIMAR APARECIDO PEREIRA DA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chapadaodoceu.1doc.com.br/verificacao/C4B7-2002-6C14-65A9 e informe o código C4B7-2002-6C14-65A9

Lote/Item		Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
		POTÊNCIA MÍNIMA DE 5,0KW. SELEÇÃO/VISUALIZAÇÃO DIGITAL DE KV, MAS E MODO DE EXPOSIÇÃO. AJUSTES DE FAIXA DE KV DE NO MÍNIMO 23 A 40 COM PASSOS DE 1KV; FAIXA DE MAS MAIOR OU IGUAL A 630. MODOS DE EXPOSIÇÃO APLICÁVEIS PARA FOCO FINO E GROSSO, MANUAL, AUTOMÁTICO (AUTO KV E MAS) E SEMI-AUTOMÁTICO (AUTO MAS). CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO MICROPROCESSADO. E. TUBO DE RAIOS X: ÂNODO GIRATÓRIO DE TUNGSTÊNIO OU MOLIBIDÊNIO; PONTOS FOCAIS DE 0,1 MM E 0,3 MM OU NICO DE 0,3MM QUANDO MAGNIFICAÇÃO DIGITAL. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO ÂNODO DE NO MÍNIMO 10.000 RPM, FRENAGEM DO ÂNODO DO TUBO APÓS EXPOSIÇÃO. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TÉRMICO DO ÂNODO DE NO MÍNIMO 300 KHU; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TÉRMICO DO HOUSING DE NO MÍNIMO 500 KHU; DISSIPAÇÃO TÉRMICA CONTÍNUA MÁXIMA DO HOUSING DE 80W; TENSÃO NOMINAL 40KV; JANELA DE BERÍLIO; FILTRO DE RÓDIO DE 50 MICRÔMETROS OU EQUIVALENTE. F. SISTEMAS DE PROTEÇÃO: SISTEMA DE CONTROLE E DETECÇÃO DE FALHA NO CIRCUITO DE ROTAÇÃO DO ÂNODO GIRATÓRIO, SISTEMA DE DETECÇÃO DE FALHA NO CIRCUITO DE FILAMENTO, SISTEMA PARA PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DO TUBO DE RAIOS X (COMBINAÇÃO INDEVIDA DE KV/MAS) E SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO. G. GANTRY: DESCOMPRESSÃO AUTOMÁTICA AO FINAL DA EXPOSIÇÃO PROGRAMÁVEL. PERMITIR RADIOGRAFIA DA PACIENTE EM PÉ, SENTADA, COM RECURSOS DE ACESSIBILIDADE, PROTETOR FACIAL REMOVÍVEL, MOVIMENTOS MOTORIZADOS, DESLOCAMENTO VERTICAL DE NO 70 CM (OU MENOR) A 135 CM (OU MAIOR). DISPLAY DIGITAL PARA INDICAÇÃO DOS ÂNGULOS DE ROTAÇÃO, ESPESSURA DA MAMA COMPRIMIDA E FORÇA DE COMPRESSÃO APLICADA. DISPLAY DIGITAL EM AMBOS OS LADOS DO BRAÇO COM INDICAÇÃO DO ÂNGULO DE ROTAÇÃO, ESPESSURA DA MAMA COMPRIMIDA, FORÇA DE COMPRESSÃO APLICADA E TAMANHO DA COLIMAÇÃO. H. COMPRESSÃO: COMPRESSÃO MOTORIZADA COM MEDIÇÃO POR CÉLULA DE CARGA, COMANDO DE COMPRESSÃO ATRAVÉS DE DOIS PEDAIS DUPLICADOS. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO MANUAL DA BANDEJA DE COMPRESSÃO EM CASOS DE EMERGÊNCIA. SELEÇÃO DE DESCOMPRESSÃO AUTOMÁTICA APÓS O FIM DA EMISSÃO DE RAIOS X. I. DETECTOR DIGITAL: PAINEL PLANO DE SELÊNIO AMORFO, SILICONE CRISTALINO OU SILÍCIO COM TECNOLOGIA DE CONVERSÃO DIRETA OU INDIRETA, TAMANHO DE NO MÍNIMO 23X29 CM OU MAIOR, MATRIZ DE NO MÍNIMO 2800 X 3500 PIXELS, TAMANHO DO PIXEL DO DETECTOR DE NO MÁXIMO 80 MICROMETROS, COBERTURA EM FIBRA DE CARBONO; GRADE ANTIDIFUSORA COMPATÍVEL COM O DETECTOR DIGITAL; ESPAÇADOR E COBERTURA EM FIBRA DE CARBONO; SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO SINCRONIZADO COM EMISSÃO DE RAIOS X. J. ESTAÇÃO DE TRABALHO (WORKSTATION): COM ZOOM E ARRASTO DE IMAGEM; AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DE BRILHO E CONTRASTE, VISUALIZAÇÃO EM TAMANHO REAL (1:1 MM) OU AJUSTADA À TELA; MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA, ANOTAÇÃO; FERRAMENTA DE ANÁLISE (VALOR MÉDIO, MÍNIMO E MÁXIMO DOS PIXELS, DESVIO PADRÃO, DIMENSÕES DA ÁREA DE INTERESSE), INVERSÃO PRETO/BRANCO, REPROCESSAMENTO, CORTE AUTOMÁTICO (DE ACORDO COM A PRÉSELEÇÃO MANUAL DO TIPO DE BANDEJA), INDICAÇÃO NAS IMAGENS/WORKLIST DE IMPRESSÃO E ARQUIVAMENTO REMOTO, POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM CRUA, POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS IMAGENS, DISPLAY MULTI-FORMATO DE - 1, 1X2 E 2X2, FUNÇÕES SINCRONIZADAS PARA MULTI FORMATO DE ZOOM E/OU BRILHO/CONTRASTE; MONITOR DE NO MÍNIMO 22 POLEGADAS E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE APROXIMADAMENTE 15.000 IMAGENS. SUPORTE ÀS FUNCIONALIDADES DICOM (STORE, STORAGE COMMITMENT, MEDIA STORAGE (OFF-LINE MEDIA), QUERY/RETRIEVE, PRINTING E MODALITY WORKLIST). K. DEVEM ESTAR INCLUSOS OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: - BANDEJAS DE COMPRESSÃO COM TAMANHOS DE 24X30 E 18X24; - SISTEMA DE MAGNIFICAÇÃO: COMPOSTO DE BUCKY 24X30 CM E BANDEJA DE COMPRESSÃO; - BUCKY AMPLIADOR COM DE MAGNIFICAÇÃO DE 1,8X; L. DEVE ACOMPANHAR NOBREAK PARA A ESTAÇÃO DE TRABALHO (MICROCOMPUTADOR);					

Assinado por 1 pessoa: LUDIMAR APARECIDO PEREIRA DA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chapadaodoceu.1doc.com.br/verificacao/C4B7-2002-6C14-65A9 e informe o código C4B7-2002-6C14-65A9

Lote/Item		Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
		M. DEVE SER FORNECIDO UM MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO ESPECÍFICO PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS MAMOGRAFIA; SISTEMA COMPOSTO 01 MONITOR MONOCROMÁTICO (ESCALA DE CINZAS) DE 10BIT POR PIXEL; MONITOR DE, NO MÍNIMO, 30 POLEGADAS; COMPATÍVEL COM PADRÃO DICOM PART 14, DE NO MÍNIMO 6 MP (MEGAPIXELS); RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 3780 X 2100 PIXELS; DISTÂNCIA ENTRE PIXELS DE NO MÍNIMO DE 0,16251 X 0,16251 MM; BRILHO (LUMINÂNCIA) MÍNIMA DE 400 CD/M ; RAZÃO DE CONTRASTE MÍNIMO DE 1000:1; PROFUNDIDADE DE COR DE 10 BITS; ÂNGULO DE VISÃO DE NO MÍNIMO 176º; PAINEL E BACKLIGHT: LED COM PAINEL IPS; SENSOR DE CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA E PROGRAMÁVEL COM SOFTWARE DE CONTROLE DE QUALIDADE, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE CONFORMIDADE, SENSOR DE COMPENSAÇÃO DA LUZ AMBIENTE; - ENTRADA DO SINAL DE VÍDEO: DVI OU HDMI; POSSUIR PELO MENOS 2 (TRÊS) PORTAS USB; ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DEVE POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 110-220 V / 50-60 HZ OU BIVOLT AUTOMÁTICO; N. DEVE SER FORNECIDO, AINDA: - 01 (UMA) ESTAÇÃO DE TRABALHO DEDICADA AO MONITOR DE IMAGENS DE IMAGENS MÉDICAS, DOTADA DE SOFTWARE DE TRANSMISSÃO E TRATAMENTO DAS IMAGENS DE MAMOGRAFIA, PARA REALIZAÇÃO DOS LAUDOS. O. DEVE ACOMPANHAR, TAMBÉM, UM SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS E DE MAMOGRAFIA A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA, NO MÍNIMO, DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS. RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 50 MÍCRONS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 3.5 OU MAIOR; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM. PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO DE TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 508 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 FILMES; IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3.0. DEVE SER DICOM NATIVO PARA CONEXÃO COM MODALIDADES SEM A NECESSIDADE DE ACESSÓRIOS EXTERNOS (PRINT SERVER) PARA CONVERSÃO DO SINAL PADRÃO DICOM 3.0, PERMITINDO CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0 E ETHERNET TCP/IP; CONTROLE AUTOMÁTICO DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO; CAPACIDADE DE MEMÓRIA MÍNIMA DE 512 MB. ESCALA DE CINZA DE NO MÍNIMO 12 BITS; TRABALHAR COM, NO MÍNIMO, 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO ONLINE. P. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO: INSTALAÇÃO E TREINAMENTO NO LOCAL DE TODOS OS TÉCNICOS DE MAMOGRAFIA PARA O USO DO SISTEMA POR CONTA DO FORNECEDOR. Q. GARANTIA E PEÇAS: GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS. R. REGULATÓRIO: DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SA DE (ANVISA) DO MAMÓGRAFO, DA IMPRESSORA E DO MONITOR DE IMAGENS MÉDICAS; E O CERTIFICADO INMETRO DO MAMOGRAFO.					
Total: (Seiscentos e Vinte e Seis Mil Reais)							**626.000,0000**

Assinado por 1 pessoa: LUDIMAR APARECIDO PEREIRA DA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chapadaodoceu.1doc.com.br/verificacao/C4B7-2002-6C14-65A9 e informe o código C4B7-2002-6C14-65A9

Importa-se a presente licitação na importância total de 630.173,4000 (Seiscentos e Trinta Mil e Cento e Setenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

PUBLIQUE-SE.

CHAPADÃO DO CÉU, 15 de dezembro de 2025

Município de CHAPADAO DO CEU
(LUDIMAR APARECIDO PEREIRA DA COSTA)

Assinado por 1 pessoa: LUDIMAR APARECIDO PEREIRA DA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chapadaodoceu.1doc.com.br/verificacao/C4B7-2002-6C14-65A9 e informe o código C4B7-2002-6C14-65A9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C4B7-2002-6C14-65A9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUDIMAR APARECIDO PEREIRA DA COSTA (CPF 027.XXX.XXX-50) em 16/12/2025 08:15:12 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chapadaodoceu.1doc.com.br/verificacao/C4B7-2002-6C14-65A9